

本社分析室における事故の発生について（2025 年 4 月 23 日）

2025 年 4 月 23 日午後 2 時 30 分頃、本社分析室において事故が発生しました。近隣住民の皆様ならびに関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしておりますことを深くお詫び申し上げます。

現時点で判明しております内容につきまして、下記の通りお知らせいたします。

1. 発生日時

2025 年 4 月 23 日午後 2 時 30 分頃

2. 発生場所

本社分析室（名古屋市北区若鶴町 152）

3. 事故発生状況

フッ素蒸留操作中にガラス器具が破裂し、ガラスの飛散によるけが人が 1 名発生しました。

4. 事故原因

現在調査中であります。

5. 業務への影響

一部の蒸留を伴う検査項目については現在確認中ですが、これ以外については支障ありません。

以上